

# ALV VLW najaar 2022



Vereniging Nederlandse  
Leveranciers van Weeginstrumenten

# Agenda

1. Opening
2. Notulen
3. Naar aanleiding van de notulen
4. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Afscheid Ferry de Hoogen
5. CECIP
  - Revisie R51 - Sorting Device als fysieke installatie of logische functie van de sturing.
  
6. Bestuurssamenstelling
  - Voordracht Ad Pijnenburg als voorzitter
  - Toetreding Bert van Andel als bestuurslid
  - Rooster van aftreden
  - Vacante posities in bestuur
  
7. Financiën
  - Forecast 2022
  - Begroting 2023 goedkeuren
  
8. Activiteiten van VLW
  - Terugkoppeling overleg NMI
  
9. Rondvraag
10. Sluiting



Vereniging Nederlandse  
Leveranciers van Weeginstrumenten

# Revisie R51 - Sorting Device als fysieke installatie of logische functie van de sturing

- Een checkweger wordt gebruikt in combinatie met een sorteerinrichting. Aan de hand van het meetresultaat van de weeginstallaties, geeft deze weeginstallatie een signaal aan de sorteerinrichting (goed/niet goed; te zwaar/goed/te licht) om het betreffende pakket uit de batch te halen of anderszins te sorteren. De werking van het gecombineerde instrument is dus cruciaal afhankelijk van een correct signaal naar de sorteerinrichting en een correcte werking van de sorteerinrichting.
- (sommige) fabrikanten zouden de sorteer inrichting liever buiten de metrologische certificering houden. Begrijpelijk dat het een lastig aspect kan zijn omdat de weeginstallatie door henzelf geleverd wordt en de sorteerinrichting vaak door een andere partij. Blijft staan: als de sorteerinrichting niet goed werkt, wordt het hele instrument toch niet goedgekeurd.
- De vraag is ook of de partij die de keuring uitvoert verantwoordelijk moet worden voor de sorteerinrichting die door derde geleverd is. Dit is namelijk hoe het Europese systeem nu in elkaar zit.
- Het standpunt van AT metrologie internationaal is:
  - Bij de typecertificering (module B in het Europese schema) is een sorteerinrichting nog niet gekoppeld dus kan niet bij de typecertificering gecontroleerd worden; op dit moment dient wel de correctheid van het (elektronisch) signaal gecontroleerd worden dat de weeginrichting verstuurt.
  - Bij ingebruikname (module B of module F) dient het hele ensemble van weeginstallatie + aangesloten sorteerinrichting gecontroleerd te worden. Correcte werking hangt immers cruciaal af van correcte werking van ook de sorteerinrichting.
- Een voorstel voor een nieuw stuk tekst, dat bovenstaande lijn volgt en is afgestemd met , is voorbereid door een subgroep onder het R51-project. Hier namen o.a. aan deel de Duitse en Nederlandse vertegenwoordiging, en stond onder leiding van een CECIP-lid.



# Bestuurssamenstelling

- Ad Pijnenburg stelt zich verkiesbaar als voorzitter
- Bert van Andel stelt zich verkiesbaar als bestuurslid in de functie van secretaris



# Rooster van aftreden

Rooster van aftreden bestuur VLW							
Persoon	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
De heer A. Pijnenburg							
De heer R. Veenendaal							
De heer B. van Andel							
De heer A. Pijnenburg	Voorzitter						
De heer R. Veenendaal	Penningmeester						
De heer B. van Andel	Secretaris						
De heer F. de Hoogen	afgetreden per 1 oktober 2022						

Vacante positie in het bestuur. Geïnteresseerden kunnen dit aangeven bij Susanne van Boxtel: [susanne@fhi.nl](mailto:susanne@fhi.nl)



Vereniging Nederlandse  
Leveranciers van Weeginstrumenten